

監控點圖表


監控點: 571-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2022-11-01 00:00 ~ 2022-11-30 23:59

最大值: -79.2 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -80.9 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuchen Su
01 Dec 2022

單位主管: 藥學部 陳秀美²⁰¹
科主任 陳秀美₂₇₃₀