

Survanta lavage procedure (for MAS)

1. 溫 Survanta (用量：6 CC/kg)、溫 NS (24 CC/kg)
2. 病患 sedation：dormicum 0.5mg/kg、Pavulon 0.3mg/kg (藥物打入後以 NS 空針沖淨)
3. 測量 endo 深度，及 6 號 NG tube 深度
4. 抽取 Survanta 與 NS (1：4 稀釋)
5. 病患右側臥
6. 1 人戴上無菌手套，標記放入 NG tube 的長度
7. 1 人持稀釋的 Survanta 針筒，與 NG tube 接上並排空管內空氣
8. 打入半量稀釋的 Survanta (15 CC/kg)
9. ambu bagging 數次，並搖晃 baby (retention 20 秒)
10. 依標記長度執行 suction (平躺、頭朝左、左肩抬高約 20°)，儘可能抽取打入量的 30-70%。
11. ambu bagging 至 SpO2 回復至 lavage 前數值
12. 病患左側臥
13. 依步驟 8-11 重複一次。

Warm saline lavage procedure

1. 溫 NS 至 37°C (用量：早產兒 1cc, 足月兒 3cc)
2. 測量 endo 深度，及 6 號 NG tube 深度 (endo 深度 + ETT tip 至右主支氣管中間長度)
3. 空針抽好 2 次劑量的 NS
4. 1 人戴上無菌手套，標記放入 NG tube 的長度
5. 1 人持 NS 針筒，與 NG tube 接上並排空管內空氣
6. NG tube 依無菌操作放入 endo tube 至標記長度
7. 緩慢打入 3cc NS
8. ambu bagging 2-3 次
9. 依標記長度執行 suction
10. ambu bagging 至 SpO2 回復至 lavage 前數值
11. 依步驟 6-10 重複一次。