

監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2024-01-31 15:00 ~ 2024-03-01 08:54

最大值: -76.5 °C

最小值: -80 °C

平均值: -78.4 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

單位主管:

藥學部 陳秀芬 0301
副主任(任編) 陳秀芬 1600

Yuanmen 01 Mar 2024