

# 監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2024-02-29 14:00 ~ 2024-04-01 09:09

最大值: -76.3 °C

最小值: -80.4 °C

平均值: -78.2 °C



製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

YuenSu  
01Apr 2024

單位主管:

藥學部 陳秀美 20401  
副主任(任總) 陳秀美 335