


TCVGH Fridge Temperature log



2017/11/28 下午 07:00:00 2017/12/8 下午 07:00:00 2017/12/18 下午 07:00:00 2017/12/28 下午 07:00:00 2018/1/7 下午 07:00:00 2018/1/17 下午 07:00:00 2018/1/27 下午 07:00:00

Sensor Name	Internal
Legend	
Description	PHCL-C006
Serial Number	1715-0142
Product Code	EH-IN-D-32-L
Start	2017/11/28 下午 07:00:00
Finish	2018/2/1 下午 03:00:00
Specification	2.0 to 8.0 °C
Average	5.4 °C
Highest	6.4 °C
Lowest	4.7 °C

Noisy by 01 Feb 2018