臺中榮民總醫院 內科部 血液腫瘤科實驗室

R-HEMA-Q-2002-02　　檢驗項目量測不確定度總覽表

表單發行日：2023/04/01　　編碼：2025- HEMA-流水號 001

項目名稱	報告單位	濃度 1	擴充量測不確定度(%)	濃度 2	擴充量測不確定度(%)	濃度 3	擴充量測不確定度(%)
BCR-ABL1 定量檢查	IS%	28.9740%	23.48%	0.1312%	5.64%		
Hb A	%	97.3	0.17%				
Hb A2	%	2.7	5.24%				
Hb F	%	23.7	1.74%				
Stem cell assy CD34+	%	016%	17.6%	0.44 %	15.8%		
Stem cell assy CD34+	ul	10.95%	17.6%	29.8	15.4%		

評估日期：2025/02-2025/04
2024/12~2025/08
2025/01~2025/06　　填表日期：2025 / 09/22

註：本評估總覽表的擴充量測不確定度，係以相對組合標準量測不確定度乘以涵蓋因子 k 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為 95%。

品質組長：內科部醫事檢驗師徐苺閔 0924 1000　　實驗室主管：陳聰智V1700D 0924 1100