

臺中榮民總醫院 內科部感染科

R-INF-Q-2002-02

量測不確定度評估紀錄表

表單發行日：2023/04/01

編碼：2024-INF-001

項目名稱	報告單位	濃度 1	擴充量測不確定度(%)	濃度 2	擴充量測不確定度(%)	濃度 3	擴充量測不確定度(%)
Aspergillus species DNA PCR		4.2 %	8.4 %				
Mucorales DNA PCR		2.7 %	5.4 %				
Legionella pneumophila DNA PCR		5.4%	10.8 %				
Mycoplasma Pneumoniae DNA PCR		8.4%	16.8 %				
Chlamydia pneumoniae DNA PCR		7.1%	14.2 %				
抗藥基因 blaIMP		6.7 %	13.4%				
抗藥基因 blaVIM		6.7 %	13.4%				
抗藥基因 blaNDM		6.7 %	13.4%				
抗藥基因 blaSHV		7 %	14.0%				
抗藥基因 blaCTX-M		7.2 %	14.4%				
抗藥基因 blaTEM		6.7 %	13.7%				
抗藥基因 blaOXA-48		6.6 %	13.3%				
抗藥基因 blaKPC		6.9 %	12.9%				
Herpes simplex virus type I PCR		6.7 %	7.4%				
Herpes simplex virus type II PCR		1.2 %	2.4%				
Varicella-Zoster virus PCR		0.9 %	1.9%				

評估日期：2024/01/01~2024/10/31

填表日期：2024/11/20

註：本評估總覽表的擴充量測不確定度，係以相對組合標準量測不確定度乘以涵蓋因子 k 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為 95%。

品保組長：內科部 李佳茹 1122
契約醫事技術師 1010實驗室主管 劉伯瑜 1125
科主任 鍾 0925

量測不確定度評估紀錄表

表單發行日：2023/04/01

編碼：2024-INF-002

評估日期：2024/01/ 01~2024/ 10/ 31

填表日期：2024 / 11 / 20

註：本評估總覽表的擴充量測不確定度，係以相對組合標準量測不確定度乘以涵蓋因子k來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為95%。

品保組長：  1122
1010

實驗室主管：內科主任 劉伯瑜 11/25
內科主任 金伯瑜 09/25