

監控點圖表


監控點: 572-急診B1-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2023-02-28 08:00 ~ 2023-04-03 08:00

最大值: -72.4 °C

最小值: -79.9 °C

平均值: -78.3 °C



製表者: 臨床試驗藥局-王昱文

Unnenwang
03 Apr 2023

單位主管:

藥學部 陳秀美 0406
科主任 陳秀美 1600