


Internal (°C)



2018/1/2 上午 09:00:00 2018/1/7 上午 09:00:00 2018/1/12 上午 09:00:00 2018/1/17 上午 09:00:00 2018/1/22 上午 09:00:00 2018/1/27 上午 09:00:00 2018/2/1 上午 09:00:00

Sensor Name	Internal
Legend	
Description	PHCL - C005
Serial Number	1051-0078
Product Code	EI-IN-D-32-L
Start	2018/1/2 上午 09:00:00
Finish	2018/2/1 下午 03:00:00
Specification	2.0 to 8.0 °C
Average	6.0 °C
Highest	7.5 °C
Lowest	5.1 °C

Na-2 kg 01 Feb 2018