

臺中榮民總醫院 內科部感染科  
量測不確定度評估紀錄表


R-INF-Q-2002-02


表單發行日：2023/04/01

編碼：2023年-INF碼-1601號

項目名稱	報告單位	濃度 1	擴充量測不確定度(%)	濃度 2	擴充量測不確定度(%)	濃度 3	擴充量測不確定度(%)
HIV virus load	Copies/ml	5.15	3.52%	2.58	7.44%		
CMV virus load	IU/ml	5.42	5.9%	2.86	5.16%		
EBV virus load	IU/ml	6.17	3.5%	3.01	6.16%		
評估日期：2023年/1月/1日~2023年/10/31				填表日期：2023/11/3			

註：本評估總覽表的擴充量測不確定度，係以相對組合標準量測不確定度乘以涵蓋因子 k 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為 95%。

品保組長： 1103  
契約經理技師

實驗室主管： 1106  
內科部 科主任