臺中榮民總醫院 內科部 血液腫瘤科實驗室

R-HEMA-Q-2002-02

檢驗項目量測不確定度總覽表

表單發行日：2023/04/01　　　　　　　　　　編碼：2023-HEMA-001

項目名稱	報告單位	濃度 1	擴充量測不確定度(%)	濃度 2	擴充量測不確定度(%)	濃度 3	擴充量測不確定度(%)
BCR-ABL1 定量檢查	IS%	23.835%	17.98	0.0058%	8.08		
Hb A	%	97.3	0.1				
Hb A2	%	2.7	3.3				
Hb F	%	26.6	1.78				

評估日期：2023/01～2023/08　　　　　　　　填表日期：2023 / 11 /21

註：本評估總覽表的擴充量測不確定度，係以相對組合標準量測不確定度乘以涵蓋因子 k 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為 95%。

品質組長：實驗診斷中心(任編) 品保組長徐苺閔 1123 1600

實驗室主管：林欣辰V1571A 1124 1400