

## 臺中榮民總醫院

96年05月18日制定  
111年04月19日七修

### Jentabs 0.5g 消毒錠使用於病室環境及物品所需濃度及使用方法

使用狀況	需要濃度 (ppm)	稀釋比例 (1錠/0.5克)	使用方法
空氣、飛沫、接觸隔離病人使用過之壓脈帶。	<b>250 ppm</b>	1錠/1公升水	浸泡1小時後再清洗、晾乾。
1.標準、空氣、飛沫、接觸隔離病人使用過之儀器。 2.標準、飛沫、接觸隔離病人使用過之物品、環境及地面。 3.環境或地面遭血液、體液、排泄物或分泌物少量噴濺。 4.醫療照護公共區域之物品、環境及地面。 5.空氣隔離病人使用過之物品、環境及地面。 6.諾羅病毒感染病人使用過之物品、環境及地面。	<b>1,000 ppm</b>	2錠/500 CC 水	擦拭後停留10分鐘。 尿壺及便盆：泡消30分鐘，再清洗、晾乾。 (適用於CSR去污區環境)
1.環境或地面遭血液、體液或排泄物大量傾倒時。 2.物品、環境或地面遭諾羅病毒感染病人之糞便、嘔吐物高度污染時。	<b>5,000 ppm</b>	4錠/250 CC 水	泡消30分鐘，再以布巾或拖把清潔。 擦拭後停留10分鐘。
病室物品、環境或地面被庫賈氏症病人的腦脊髓液、中樞神經組織或眼部組織污染時。	<b>20,000 ppm</b>	16錠/250 CC 水	泡消60分鐘後，再用布巾或拖把清潔。

消毒濃度係參考美國疾病管制局及衛生署環境清潔指引

開瓶後請註記開瓶年月日，以瓶身標示之效期作為開封後效期。拿取消毒錠後請立即加蓋，若變成粉狀表示變質，勿再使用。

感染管制中心製表